

ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница»
при УЗ Акмолинской области
г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 85



Утверждаю:
Главный врач:
ГКП на ПХВ «Кокшетауская
городская больница»
при УЗ Акмолинской области
С.К. Какенов

Протокол №55

г. Кокшетау

«02» октября 2017г.

итогах проведения закупа медицинской техники, способом запроса ценовых предложений.

В соответствии «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» глава 9, п. 101, в целях выполнения процедур проведения закупа товаров, работ, услуг, комиссия в составе: заместитель главного врача по лечебной части – Бапанова З.Ж., главный бухгалтер - Маликова Ж.Д., старшая мед. сестра операционного блока Соколова - С.В., менеджер по гос. закупкам – Ушаков Е.В..

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги закупа медицинской техники, способом запроса ценовых предложений. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, были заявлены цены нижеследующих потенциальных поставщиков:

Полное наименование потенциальных поставщиков, адрес, БИН, дата и время предоставления ценовых предложений.

- 1) ТОО «Теникс-СК», г. Петропавловск, ул. Им. Жамбыла 249, БИН: 001 240 002 342, 25.09.2017г. 14:10ч
- 2) ТОО «Экофарм», г.Кокшетау, ул.Заречная 1, БИН: 980 740 003 389, 26.09.2017г. 10:17ч.
- 3) ТОО «Import MT», г.Астана, район Алматы, ул.Брусиловского 24/1, БИН: 161 040 008 158, 27.09.2017г. 11:11ч.
- 4) ТОО «Гелика», г.Петропавловск, ул.Маяковского 95, БИН: 001 140 000 601, 27.09.2017г. 11:35ч.

№	Наименование товара	Единица измерения	Общее количество	Планируемая стоимость за единицу	ТОО «ТениксСК»	ТОО «Экофарм»	ТОО «Import MT»	ТОО «Гелика»
1	Стерилизатор воздушный ГП-160 ПЗ Технические характеристики: Объем 160л. Питание: 220 В 50 Гц. Мощность, потребляемая стерилизатором в режиме разогрева, кВт, не более: 2,7 Масса стерилизатора без запасных частей и принадлежностей, кг, не более: 100 Масса стерилизатора в комплекте поставки, кг, не более 130 Габаритные размеры стерилизатора (ШхГхВ) мм, не более: 796х796х870 Внутренние размеры стерилизационных камер, (ШхГхВ) мм, не менее: 565х500х590 Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°C, мин, не более: 55. Задаваемые температурные режимы, °C: от 60 до 200 Задаваемое время выдержки от 1 до 999	шт.	1	430 000	349 960	429 900	420 000	395 000

Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, °С, не более: ± 3 Предельные отклонения времени выдержки на всех режимах, не более: ± 5 Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не более: 16 Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более: 235 Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °С, не более: $\pm 5,5$							
---	--	--	--	--	--	--	--

2. По результатам рассмотрения и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков на основании наименьшего ценового предложения по закупке медицинской техники способом запроса ценовых предложений, признать победителем:

1) ТОО «Теникс-СК», г. Петропавловск, ул. Им. Жамбыла 249 по лоту №1 на общую сумму 349 960 (триста сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.

3. ТОО «Теникс-СК» в течении 10 (десяти) календарных дней предоставить Заказчику документы согласно гл.9 пп.111 Правил.

Заместитель главного врача по лечебной части:

 З.Ж. Баланова

Главный бухгалтер:

 Ж.Д. Маликова

Старшая мед. сестра операционного блока:

 С.В. Соколова

Менеджер по гос. закупкам:

 Е.В. Ушаков