

ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница»
при УЗ Ақмолинской области
г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 85



Утверждаю:
И.о. главного врача:
ГКП на ПХВ «Кокшетауская
городская больница»
при УЗ Ақмолинской области.
З.Ж. Бапанова

Протокол №62

г. Кокшетау

«18» октября 2017г.

итогов проведения закупа медицинской техники способом из одного источника.

В соответствии «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» гл.10 п.114 пп.2 Правил, в целях выполнения процедур проведения закупа товаров, работ, услуг, комиссия в составе: заместитель главного врача по лечебной части – Бапанова З.Ж., , главный бухгалтер – Маликова Ж.Д., зав. кардиологического отделения – Зиборов С.В., менеджер по государственным закупкам – Ушаков Е.В.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги закупа медицинской техники способом из одного источника.
ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул.Астана (Солнечная) 16А

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Общее количество	Планируемая стоимость за единицу	ТОО «ОСТ-ФАРМ»
1	Комплекс суточного мониторинга ЭКГ В состав одного комплекса входит: Регистратор ЭКГ в комплекте с чехлом (не менее 2шт) для переноски, кабелем отведения ЭКГ (не менее 1шт), элементами питания (не менее 2шт), съемной картой памяти (не менее 1шт), одноразовыми электродами (не менее 24 шт.) Суточное мониторирование ЭКГ: Регистратор ЭКГ - Количество непрерывно регистрируемых отведений, не менее 3 Время записи, часов - 24-72 Размеры, мм не более 72х63х20 Вес с элементом питания, г, не более 80 Регистрация импульсов искусственного водителя ритма (ИВР) по выделенному каналу Частота дискретизации при регистрации ИВР, Гц не менее 2048 Разрядность АЦП, не менее, Бит 12 Регистрация двигательной активности пациента Кнопка отметчика событий Встроенный ЖК цветной дисплей, с разрешением не хуже 160*128 Размер цветного дисплея, мм не менее 34х27 Вывод на дисплей прибора кривых ЭКГ по каждому отведению Съемная флэш-память, емкостью не менее, Мб 1024 Запись ЭКГ без потери данных	комплекс	2	750 000	711 480

Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения по беспроводному каналу Возможность автономного оснащения пациента, без компьютера, с контролем качества наложения электродов на экране прибора по каждому отведению Время считывания суточной записи, не более 3 минут Питание – 1 аккумулятор типа AAA Гарантийное обслуживание, месяцев с момента поставки, не менее 12 Возможность обучение персонала Возможность проведения пусконаладочных работ.				
--	--	--	--	--

2. Произвести закуп изделий медицинского назначения из одного источника на основании гл.10 п.114 пп.2 Правил.
3. ТОО «ОСТ-ФАРМ» соответствует требованиям 3 и 4 настоящих Правил.
4. Заключить договор на сумму **1 422 960 (один миллион четырехсот двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын** с ТОО «ОСТ-ФАРМ».

Заместитель главного врача по лечебной части:



З.Ж. Бапанова

Главный бухгалтер:



Ж.Д. Маликова

Зав. кардиологического отделения:



С.В. Зиборов

Менеджер по гос. закупкам:



Е.В. Ушаков